

インスリンポンプ・持続グルコース測定器 を装着中の方へ

インスリンポンプ、持続グルコース測定器(持続血糖モニター)の両機器は、放射線検査(胸部X線、胃部X線、胸部CT、内臓脂肪CT、マンモグラフィ、骨密度検査、脳ドック等)を実施する際には取り外していただく必要があります。

★★取り外しできない場合は**検査中止**となります★★

機器の中には医療者による取り外しが必要な機器がありますが、当健康管理センターでは医療者による取り外しは行っておりません。

取り外し等については、主治医に確認をしてから、健診日程の調整をお願い致します。

対象機器の例です。(日本糖尿病協会HPより引用)



・インスリンポンプ

ミニメド620G/640G
インスリンポンプ
日本メドトロニック㈱



パラダイムインスリンポンプ
712/722
日本メドトロニック㈱



メディセーフウィズ
テルモ(株)



TOP-8200
㈱トップ



・持続グルコース測定器

ミニメド620G/640Gトランスミッタ
ガーディアンコネク
iPro2
日本メドトロニック㈱



Dexcom G4 PLUTINUMシステム
テルモ(株)



FreeStyle リプレセンサー
FreeStyle リプレ Pro センサー
アボットジャパン(同)

